

Reg. št. / Ref. No.: 3150-0325/10-0010

Velja od / Valid as of: 25. maj 2024

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of: 1. marec 2022

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost je mogoče preveriti na spletni strani SA, [www.slo-akreditacija.si](http://www.slo-akreditacija.si).

*This accreditation shall remain in force until withdrawn. Information on current status is available at the SA website, [www.slo-akreditacija.si](http://www.slo-akreditacija.si).*

## **PRILOGA K AKREDITACIJSKI LISTINI** ***Annex to Accreditation Certificate***

### **K-104**

#### **1 AKREDITIRANI ORGAN / Accredited body**

PERKO TEHTNICE d.o.o.

Zalog 2, 4204 Golnik

#### **2 ZAHTEVE ZA USPOSOBLJENOST / Competence Requirements**

SIST EN ISO/IEC 17020:2012, tip C / type C

#### **3 OBSEG AKREDITACIJE / Scope of accreditation**

V okviru te akreditacijske listine Slovenska akreditacija priznava akreditiranemu organu usposobljenost za opravljanje naslednjih dejavnosti: / SA hereby recognizes the accredited body as being competent to perform the following activities:

##### **3.1 Skrajšan opis obsega akreditacije / Brief description of the scope**

- Kontrola tehtnic / *Inspection of weighing instruments*
- Kontrola uteži / *Inspection of weights*

### 3.2 Podroben opis obsega akreditacije / Detailed scope of accreditation

#### 3.2.1 Perko tehtnice d.o.o., Zalog 2, 4204 Golnik

Tabela / Table 1

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed				
Št. No.	Predmet kontrole (proizvod, storitev, proces) Item of inspection (product, service, process)	Vrsta kontrole Inspection type	Metode in postopki (normativni dokumenti, interni postopki) Methods and procedures (normative documents, internal procedures)	Opombe Notes
1.	Neavtomatske tehtnice	- redna kontrola - izredna kontrola	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice (Ur. list RS št. 25/16)	Nosilnost tehtnic po točnostnih razredih: (I) do 1,1 kg (II) do 60 kg (III) in (VIII) do 30 t (III) in (VIII) do 40 t ob ponovljivosti 0,3e (III) in (VIII) do 60 t ob ponovljivosti 0,2e  Kontrola tehtnic pri katerih je n>3000 samo na mestu uporabe.
2.	Avtomatske tehtnice za posamično tehtanje	- redna kontrola - izredna kontrola	Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 19/16 in 98/23), Priloga 8 - Avtomatske tehtnice (MI-006), II. Poglavlje - Avtomatske tehtnice za posamično tehtanje	Točnostni razred: XIII, XVIII Y(a), Y(b)  Kontrola tehtnic na mestu uporabe.
3.	Uteži	- redna kontrola - izredna kontrola	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za uteži z nazivnimi masami od 1 mg do 50 kg (Ur. list RS št. 20/02)	Uteži z nazivnimi masami točnostnih razredov: F2: od 1 mg do 5 kg M1: od 1 mg do 20 kg M2: od 100 mg do 20 kg  Kontrola uteži se izvaja v prostorih kontrolnega organa.

Datum / Date: 27.5.2024

Direktor / Director  
dr. Boštjan Godec

Kopija priloge k akreditacijski listini za objavo na spletnem mestu.  
Podpisani original priloge na vpogled na sedežu SA.

Copy of Annex to the accreditation certificate for web publishing.  
Signed original of Annex available for consultation at the SA head office.