

Reg. št. / Ref. No.: 3150-0003/11-0013

Velja od / Valid as of: 3. april 2023

Zamenjuje izdajo, veljavno od dne / Replaces the Annex valid as of: 4. maj 2022

Akreditacija je veljavna do preklica. Veljavnost je mogoče preveriti na spletni strani SA, www.slo-akreditacija.si.

This accreditation shall remain in force until withdrawn. Information on current status is available at the SA website, www.slo-akreditacija.si.

PRILOGA K AKREDITACIJSKI LISTINI ***Annex to Accreditation Certificate***

K-116

1 AKREDITIRANI ORGAN / Accredited body

MERITVE SI d.o.o.
Britof 412, 4000 Kranj

2 ZAHTEVE ZA USPOSOBLJENOST / Competence Requirements

SIST EN ISO/IEC 17020:2012, tip C

3 OBSEG AKREDITACIJE / Scope of accreditation

V okviru te akreditacijske listine Slovenska akreditacija priznava akreditiranemu organu usposobljenost za opravljanje naslednjih dejavnosti: / SA hereby recognizes the accredited body as being competent to perform the following activities:

3.1 Skrajšan opis obsega akreditacije / Brief description of the scope

- Kontrola meril mase (1 - 5, 10 - 17) / *Inspection of weighing instruments (1 - 5, 10 - 17)*
- Kontrola meril dolžine (6, 7) / *Inspection of length measuring devices (6, 7)*
- Kontrola merilnikov krvnega tlaka (8) / *Inspection of sphygmomanometers (8)*
- Kontrola merilnikov tlaka v pnevmatikah (9) / *Inspection of tyre pressure gauges for motor vehicles (9)*

3.2 Podroben opis obsega akreditacije / Detailed scope of accreditation

3.2.1 Meritve SI d.o.o, Britof 412, 4000 Kranj

Tabela / Table 1

Tip obsega: fikсни / Type of scope: fixed				
Št. No.	Predmet kontrole (proizvod, storitev, proces) Item of inspection (product, service, process)	Vrsta kontrole Inspection type	Metode in postopki (normativni dokumenti, interni postopki) Methods and procedures (normative documents, internal procedures)	Opombe Notes
1.	Neavtomatske tehtnice	- redna kontrola - izredna kontrola	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice (Ur. list RS, št. 25/16)	Nosilnosti tehtnic po točnostnih razredih: (I) do 2,1 kg (II) do 40 kg (II) do 250 kg (za tehtnice pri katerih je $n \leq 33333$) (III) in (IIII) do 50 t (III) in (IIII) do 70 t ob ponovljivosti 0,3e (III) in (IIII) do 100 t ob ponovljivosti 0,2 e Kontrola tehtnic pri katerih je $n > 3000$ samo na mestu uporabe. Samo enostopenjske kontrole.
2.	Uteži	- prva kontrola - redna kontrola - izredna kontrola	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za uteži z nazivnimi masami od 1 mg do 50 kg (Ur. list RS, št. 20/02)	Uteži z nazivnimi masami točnostnega razreda: F2, M1: od 1 mg do 20 kg M2: od 100 mg do 20 kg
3.	Tehtnice za gradbene namene	- redna kontrola - izredna kontrola	Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 19/16), Priloga 8 - Avtomatske tehtnice (MI-006)	Kontrola tehtnic na mestu uporabe.
4.	Avtomatske tehtnice za tehtanje cestnih vozil v gibanju	- redna kontrola - izredna kontrola	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za avtomatske tehtnice za tehtanje cestnih vozil v gibanju (Ur. list RS št. 25/02)	Kontrola tehtnic na mestu uporabe.
5.	Avtomatske tehtnice za posamično tehtanje	- redna kontrola - izredna kontrola	Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 19/16), Priloga 8 - Avtomatske tehtnice (MI-006), II. Poglavje - Avtomatske tehtnice za posamično tehtanje	Kontrola tehtnic na mestu uporabe.
6.	Stroji za merjenje dolžine žice in kabla	- redna kontrola - izredna kontrola	Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 19/16), Priloga 11 - Dimenzijska merila (MI-009), 1. Poglavje - Stroji za merjenje dolžine žice in kabla	Kontrola v prostorih kontrolnega organa in na terenu.
7.	Dolžinska merila	- redna kontrola - izredna kontrola	Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 19/16), Priloga 10 - Opredmetene mere (MI-008), 1. Poglavje - Dolžinska merila	Kontrola v prostorih kontrolnega organa



Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed				
Št. No.	Predmet kontrole (proizvod, storitev, proces) Item of inspection (product, service, process)	Vrsta kontrole Inspection type	Metode in postopki (normativni dokumenti, interni postopki) Methods and procedures (normative documents, internal procedures)	Opombe Notes
8.	Merilniki krvnega tlaka	- redna kontrola - izredna kontrola	Pravilnik o postopku redne overitve merilnikov krvnega tlaka Ur. list RS, št. 24/04, 37/06	Kontrola v prostorih kontrolnega organa in na terenu.
9.	Merilniki tlaka v pnevmatikah	- redna kontrola - izredna kontrola	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike tlaka v pnevmatikah Ur. list RS, št. 15/02, 76/03 Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike tlaka v pnevmatikah, ki nosijo oznake in znake EEC (Ur. list RS, št. 74/01, 79/15)	Kontrola v prostorih kontrolnega organa in na terenu.

3.2.2 Lokacija Britof 412, 4000 Kranj (Vaga)

Tabela / Table 2

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed				
Št. No.	Predmet kontrole (proizvod, storitev, proces) Item of inspection (product, service, process)	Vrsta kontrole Inspection type	Metode in postopki (normativni dokumenti, interni postopki) Methods and procedures (normative documents, internal procedures)	Opombe Notes
10.	Neavtomatske tehtnice	- redna kontrola - izredna kontrola	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice (Ur. list RS, št. 25/16)	Nosilnosti tehtnic po točnostnih razredih: (I) do 2,1 kg (II) do 40 kg (II) do 250 kg (za tehtnice pri katerih je $n \leq 33333$) (III) in (III) do 50 t (III) in (III) do 70 t ob ponovljivosti 0,3e (III) in (III) do 100 t ob ponovljivosti 0,2 e Kontrola tehtnic pri katerih je $n > 3000$ samo na mestu uporabe. Samo enostopenjske kontrole.
11.	Uteži	- prva kontrola - redna kontrola - izredna kontrola	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za uteži z nazivnimi masami od 1 mg do 50 kg (Ur. list RS, št. 20/02)	Uteži z nazivnimi masami točnostnega razreda: F2, M1: od 1 mg do 20 kg M2: od 100 mg do 20 kg
12.	Tehtnice za gradbene namene	- redna kontrola - izredna kontrola	Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 19/16), Priloga 8 - Avtomatske tehtnice (MI-006)	Kontrola tehtnic na mestu uporabe.



Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed				
Št. No.	Predmet kontrole (proizvod, storitev, proces) Item of inspection (product, service, process)	Vrsta kontrole Inspection type	Metode in postopki (normativni dokumenti, interni postopki) Methods and procedures (normative documents, internal procedures)	Opombe Notes
13.	Avtomatske tehtnice za tehtanje cestnih vozil v gibanju	- redna kontrola - izredna kontrola	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za avtomatske tehtnice za tehtanje cestnih vozil v gibanju (Ur. list RS št. 25/02)	Kontrola tehtnic na mestu uporabe.
14.	Avtomatske tehtnice za posamično tehtanje	- redna kontrola - izredna kontrola	Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur. list RS, št. 19/16) Priloga 8, Avtomatske tehtnice (MI-006), II. Poglavlje - Avtomatske tehtnice za posamično tehtanje	Kontrola tehtnic na mestu uporabe.

3.2.3 Lokacija Drejčeto va pot 18 a, 8000 Novo mesto

Tabela / Table 3

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed				
Št. No.	Predmet kontrole (proizvod, storitev, proces) Item of inspection (product, service, process)	Vrsta kontrole Inspection type	Metode in postopki (normativni dokumenti, interni postopki) Methods and procedures (normative documents, internal procedures)	Opombe Notes
15.	Neavtomatske tehtnice	- redna kontrola - izredna kontrola	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice (Ur. list RS, št. 25/16)	Nosilnosti tehtnic po točnostnih razredih: (I) do 2,1 kg (II) do 40 kg (II) do 250 kg (za tehtnice pri katerih je $n \leq 33333$) (III) in (IIII) do 50 t (III) in (IIII) do 70 t ob ponovljivosti 0,3e (III) in (IIII) do 100 t ob ponovljivosti 0,2 e Kontrola tehtnic pri katerih je $n > 3000$ samo na mestu uporabe. Samo enostopenjske kontrole.

**3.2.4 Lokacija Zaloška cesta 269, 1000 Ljubljana**

Tabela / Table 4

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed				
Št. No.	Predmet kontrole (proizvod, storitev, proces) Item of inspection (product, service, process)	Vrsta kontrole Inspection type	Metode in postopki (normativni dokumenti, interni postopki) Methods and procedures (normative documents, internal procedures)	Opombe Notes
16.	Neavtomatske tehtnice	- redna kontrola - izredna kontrola	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice (Ur. list RS, št. 25/16)	Nosilnosti tehtnic po točnostnih razredih: (III) in (IIII) do 2000 kg Kontrola tehtnic pri katerih je n>3000 samo na mestu uporabe. Samo enostopenjske kontrole.

3.2.5 Lokacija Obrtna ulica 17, 9000 Murska Sobota

Tabela / Table 5

Tip obsega: fiksni / Type of scope: fixed				
Št. No.	Predmet kontrole (proizvod, storitev, proces) Item of inspection (product, service, process)	Vrsta kontrole Inspection type	Metode in postopki (normativni dokumenti, interni postopki) Methods and procedures (normative documents, internal procedures)	Opombe Notes
17.	Neavtomatske tehtnice	- redna kontrola - izredna kontrola	Pravilnik o meroslovnih zahtevah za neavtomatske tehtnice (Ur. list RS, št. 25/16)	Nosilnosti tehtnic po točnostnih razredih: (III) in (IIII) do 50 t (III) in (IIII) do 70 t ob ponovljivosti 0,3e (III) in (IIII) do 100 t ob ponovljivosti 0,2 e Kontrola tehtnic pri katerih je n>3000 samo na mestu uporabe. Samo enostopenjske kontrole.

Datum / Date: 4. april 2023

Direktor / Director
dr. Boštjan GodecKopija priloge k akreditacijski listini za objavo na spletnem mestu.
Podpisani original priloge na vpogled na sedežu SA.Copy of Annex to the accreditation certificate for web publishing.
Signed original of Annex available for consultation at the SA head office.